Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

Informações Gerais

O número de determinações (brancos, calibradores e amostras) corresponde ao volume total de reagentes dividido pelo volume de reagente utilizado em um teste.

- Para alguns modelos de analisadores que utilizam diferentes versões de software podem ser necessárias modificações na aplicação.

- Utilizar o manual de operações do analisador para obter as instruções de programação e operação.

- As informações contidas nas aplicações são complementares. A correta utilização do produto requer também a leitura das instruções de uso.

- É fundamental conhecer as orientações sobre a colheita e o armazenamento da amostra, os procedimentos para preparação, utilização e estabilidade dos reagentes e as características de desempenho, incluindo a ação de interferentes.

- Para esclarecer dúvidas ou atualizar as aplicações entrar em contato com SAC - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800-0313411**

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

ÁCIDO ÚRICO Liquiform

Ref.	Determinações
140-1/100	400
140-1/250	1000

Edição: 14/05/2019

Reagentes

Reagente de Trabalho – Preparar conforme Instruções de Uso do produto.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de diluição: 20 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	ACU
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Ácido Úrico

Reagent Volume

R1	250
R2	

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	5		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	505 ▼	Rgt. Blank	37	38	
Sec. Wave.	660 ▼	Reac time			

Result Setup

Decimal	0.01 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance			Lin. Range	0	20		
Incre. Test			Lin. Limit				
Decre. Test			Subs. Limit				

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

ALBUMINA

Ref.	Determinações
19-1/250	833

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente de Cor (Ref. 19.1) - Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de diluição: 6.0 g/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	ALB
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Albumina

Reagent Volume

R1	300
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	3		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	630 ▼	Rgt. Blank	8	10	
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	21	23	

Result Setup

Decimal	0.01 ▼	Slope	1.0
Unit	g/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	-0.010	0.800	Lin. Range	0	6	□ Prozone	○ Rate
Incre. Test			Lin. Limit				
Decre. Test			Subs. Limit				

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários. **Protocolos em validação.**

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

ALT/GPT Liquiform

Aplicação SEM piridoxal fosfato/Aplicação Birreagente

Ref.	Determinações
108-4/30	600
108-2/100	1000

Edição: 18/03/2013

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 108.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 108.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar o calibrador da série Calibra H da Labtest.

Este modelo substitui o fator teórico por uma calibração, com o objetivo de corrigir a resposta do instrumento. Para que a calibração seja adequada, é necessário utilizar o calibrador sugerido.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de diluição: 400 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	ALT
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	ALT/GPT Liquiform

Reagent Volume

R1	160
R2	40

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	20		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Decrease ▼		
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	43	48	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	U/L ▼	Inter.	0.0

Absorbance			Lin. Range	0	400		
Incre. Test			Lin. Limit				
Decre. Test			Subs. Limit				

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

ALT/GPT Liquiform **Aplicação SEM piridoxal fosfato/Aplicação Monorreagente**

Ref.	Determinações
108-4/30	600
108-2/100	1000

Revisão: 10/12/2012

Reagentes

Reagente de Trabalho – Preparar conforme Instruções de Uso do produto.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar o calibrador da série Calibra H da Labtest.

Este modelo substitui o fator teórico por uma calibração, com o objetivo de corrigir a resposta do instrumento. Para que a calibração seja adequada, é necessário utilizar o calibrador sugerido.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de diluição: 400 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	ALT
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	ALT/GPT Liquiform

Reagent Volume

R1	200
R2	

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	20		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Decrease ▼		
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	19	24	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	U/L ▼	Inter.	0.0

Absorbance	1.100	2.500	Lin. Range	0	400
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

ALT/GPT Liquiform

Aplicação COM Piridoxal Fosfato

Ref.	Determinações
108-4/30	600
108-2/100	1000

Revisão: 10/12/2012

Reagentes

Para obtenção de resultados rastreáveis ao método de referência IFCC, é necessário utilizar esta aplicação bi-reagente com a ativação pelo piridoxal fosfato (Reagente 3):

Reagente 1 (Ref. 108.1) + **Reagente 3** (Ref. 108.3). Ver modo de preparo nas Instruções de Uso do produto.
Reagente 2 (Ref. 108.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de diluição: 400 U/L.

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information	
Test	ALT
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	ALT/GPT Liquiform

Reagent Volume	
R1	160
R2	40

Sample Volume	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	20		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters					
Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Descrease ▼		
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	41	46	

Result Setup			
Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	U/L ▼	Inter.	0.0

Absorbance	1.100	2.500	Lin. Range	0	400
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

AMILASE CNPG Liquiform

Ref.	Determinações
142-2/30	300

Edição: 01/06/2016

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 142.1) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de diluição: Até 1700 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	AMI
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Amilase

Reagent Volume

R1	200
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	4		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	412 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	16	31	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	
Unit	U/L ▼	Inter.	

Absorbance		Lin. Range	2.4 / 1700
Incre. Test		Lin. Limit	
Decre. Test		Subs. Limit	

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

AMILASE CNPG

Ref.	**Determinações**
25-2/30	240

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 25.1) **–** Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de diluição: Até 2000 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	AMI
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Amilase

Reagent Volume

R1	200
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	4		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	412 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	16	31	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	
Unit	U/L ▼	Inter.	

Absorbance	-0.010	3.00	Lin. Range	0	2000
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

AST/GOT Liquiform

Aplicação SEM piridoxal fosfato/Aplicação Birreagente

Ref.	Determinações
109-4/30	600
109-2/100	1000

Edição: 18/03/2013

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 109.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 109.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar o calibrador da série Calibra H da Labtest.

Este modelo substitui o fator teórico por uma calibração, com o objetivo de corrigir a resposta do instrumento. Para que a calibração seja adequada, é necessário utilizar o calibrador sugerido.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 400 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	AST
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	AST/GOT

Reagent Volume

R1	160
R2	40

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	20		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Decrease ▼		
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	43	48	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	U/L ▼	Inter.	0.0

Absorbance			Lin. Range	0	400
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

AST/GOT Liquiform **Aplicação SEM piridoxal fosfato/Aplicação Monorreagente**

Ref.	Determinações
109-4/30	600
109-2/100	1000

Revisão: 10/12/2012

Reagentes

Reagente de Trabalho - Ver modo de preparo nas Instruções de Uso do produto.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar o calibrador da série Calibra H da Labtest.

Este modelo substitui o fator teórico por uma calibração, com o objetivo de corrigir a resposta do instrumento. Para que a calibração seja adequada, é necessário utilizar o calibrador sugerido.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 400 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	AST
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	AST/GOT

Reagent Volume

R1	200
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	20		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Decrease ▼		
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	19	24	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	U/L ▼	Inter.	0.0

Absorbance	1.100	2.500	Lin. Range	0	400
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

AST/GOT Liquiform

Aplicação COM piridoxal fosfato

Ref.	Determinações
109-4/30	600
109-2/100	1000

Revisão: 10/12/2012

Reagentes

Para obtenção de resultados rastreáveis ao método de referência IFCC, é necessário utilizar esta aplicação bi-reagente com a ativação pelo piridoxal fosfato (Reagente 3):

Reagente 1 (Ref. 109.1) + **Reagente 3** (Ref. 109.3). Ver modo de preparo nas Instruções de Uso do produto.
Reagente 2 (Ref. 109.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar o calibrador da série Calibra H da Labtest.

Este modelo substitui o fator teórico por uma calibração, com o objetivo de corrigir a resposta do instrumento. Para que a calibração seja adequada, é necessário utilizar o calibrador sugerido.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 400 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	AST
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	AST/GOT

Reagent Volume

R1	160
R2	40

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	20		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Decrease ▼		
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	41	46	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	U/L ▼	Inter.	0.0

Absorbance	1.100	2.500	Lin. Range	0	400		
Incre. Test			Lin. Limit				
Decre. Test			Subs. Limit				

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

Bili-D Liquiform

Ref.	**Determinações**
93-1/104	400

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 93.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 93.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar o calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

12 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	BDliq
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Bili D

Reagent Volume

R1	200
R2	50

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	20		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	546 ▼	Rgt. Blank	34	35	
Sec. Wave.	670 ▼	Reac time	58	59	

Result Setup

Decimal	0.01 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	0.000	3.000
Incre. Test		
Decre. Test		

Lin. Range	0	12
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

Bili-T Liquiform

Ref.	**Determinações**
94-1/104	400

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 94.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 94.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar o calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

30 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	BTliq
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Bili T

Reagent Volume

R1	200
R2	50

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	13		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Ascend ▼	
Pri. Wave.	546 ▼	Rgt. Blank	34	35
Sec. Wave.	670 ▼	Reac time	58	59

Result Setup

Decimal	0.01 ▼	Slope	
Unit	mg/dL ▼	Inter.	

Absorbance	0.000	3.000
Incre. Test		
Decre. Test		

Lin. Range	0	30
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

Ca Arsenazo Liquiform

Ref.	Determinações
95-2/50	333

Revisão: 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 95.1) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

17 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	Ca95
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Cálcio 95

Reagent Volume

R1	300
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	3		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	660 ▼	Rgt. Blank	8	10	
Sec. Wave.	--- ▼	Reac time	36	37	

Result Setup

Decimal	0.01 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	0.400	1.600
Incre. Test		
Decre. Test		

Lin. Range	0	17
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

CÁLCIO Liquiform

Ref.	Determinações
90-2/60	600

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 90.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 90.2) – Pronto para uso.

O CO_2 atmosférico altera significativamente a estabilidade do Reagente 1. A utilização do reagente mantido em recipiente aberto por períodos superiores a oito horas obriga a realização de nova calibração. A calibração pode ser realizada com menor frequência, semanalmente, quando se utiliza novo reagente a cada oito horas sendo descartado o resíduo anterior.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 16 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	Ca90
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Cálcio 90

Reagent Volume

R1	150
R2	50

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	4		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼	
Pri. Wave.	578 ▼	Rgt. Blank		
Sec. Wave.	670 ▼	Reac time	46	49

Result Setup

Decimal	0.01 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	0.100	2.000
Incre. Test		
Decre. Test		

Lin. Range	0	16
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários. **Protocolos em validação.**

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

CK NAC Liquiform

Aplicação Birreagente

Ref.	**Determinações**
117-2/30	300

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 117.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 117.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Usar o calibrador incluído no produto. Ver concentração na etiqueta do frasco. Este modelo substitui o fator teórico por uma calibração, com o objetivo de corrigir a resposta do instrumento. Para que a calibração seja adequada, é necessário utilizar o calibrador sugerido.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar a preparação estabilizada da linha **Qualitrol CK** - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de diluição: Até 2000 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	CKNAC
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	CK NAC

Reagent Volume

R1	160
R2	40

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	4		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	46	56	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	
Unit	U/L ▼	Inter.	

Absorbance	-0.010	1.2	
Incre. Test			
Decre. Test			

Lin. Range	0	2000
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

CK NAC

Aplicação Morreagente

Ref.	Determinações
117-2/30	300

Edição: 06/08/2020

Reagentes

Reagente de Trabalho – Preparar conforme Instrução de Uso do produto.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra da Labtest.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar a preparação estabilizada da linha **Qualitrol CK** - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Linear até: 2000 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	CKNAC
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	CK NAC

Reagent Volume

R1	200
R2	0

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	4		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	11	21	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	
Unit	U/L ▼	Inter.	

Absorbance		Lin. Range	0 / 2000
Incre. Test		Lin. Limit	
Decre. Test		Subs. Limit	

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

CK MB Liquiform

Ref.	Determinações
118-2/30	300

Revisão: 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 118.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 118.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Usar o calibrador incluído no produto. Ver concentração na etiqueta do frasco.

Este modelo substitui o fator teórico por uma calibração, com o objetivo de corrigir a resposta do instrumento. Para que a calibração seja adequada, é necessário utilizar o calibrador sugerido.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar a preparação estabilizada da linha **Qualitrol CK** - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de diluição: Até 600 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	CKMB
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	CK MB

Reagent Volume

R1	160
R2	40

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	10		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	51	60	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	U/L ▼	Inter.	0.0

Absorbance	-0.010	0.500	Lin. Range	0	600
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

COLESTEROL HDL

Ref.	Determinações
13-1/50	200 precipitações

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Utilizar o **Reagente 1**, pronto para uso, do produto Colesterol Liquiform Cat. 76.
O Colesterol HDL Labtest Cat. 13 é composto somente do Reagente Precipitante e Padrão sendo necessária a aquisição do produto Colesterol Liquiform Labtest Cat. 76.

Preparo da amostra

Em um tubo 12 x 75 colocar 0,25 ml de soro e 0,25 ml de Reagente Precipitante. Agitar vigorosamente por 30 segundos. **A agitação é fundamental para a obtenção de resultados consistentes**. Centrifugar a 3500 rpm pelo menos por 15 minutos para obter um sobrenadante límpido. **Soros controle devem ser tratados da mesma forma**.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Para a calibração, usar o padrão (n° 2) de 20 mg/dL que não necessita preparação. Considerando-se a diluição da amostra realizada no procedimento de precipitação, o valor a ser inserido na programação será 40 mg/dL.

Campos a serem definidos pelo operador.

Linearidade

Até 200 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	HDL
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Col HDL

Reagent Volume

R1	200
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	20		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	510 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	670 ▼	Reac time	58	60	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	
Unit	mg/dL ▼	Inter.	

Absorbance	-0.010	1.000	
Incre. Test			
Decre. Test			

Lin. Range	0	200
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

COLESTEROL Liquiform

Ref.	Determinações
76-2/100	666
76-2/250	1666

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 76.1) – Pronto para uso..

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas **Qualitrol 1H** e **Qualitrol 2H** - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 500 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	COL
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Colesterol Liq.

Reagent Volume

R1	300
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	3		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	510 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	670 ▼	Reac time	58	60	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	-0.010	1.200	Lin. Range	0	500
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários. **Protocolos em validação.**

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

COLINESTERASE Liquiform

Ref.	**Determinações**
113-1/30	120

Revisão: 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 139.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 139.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas **Qualitrol 1H** e **Qualitrol 2H** - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

70 a 20.000 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	CHE
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Colinesterase

Reagent Volume

R1	200
R2	50

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	4		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Decrease ▼		
Pri. Wave.	412 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	46	60	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	U/L ▼	Inter.	0.0

Absorbance	-0.010	3.000	
Incre. Test			
Decre. Test			

Lin. Range	70	20.000	
Lin. Limit			
Subs. Limit			

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

CREATININA K

Aplicação Birreagente

Ref.	Determinações
96- 1/300	1500

Edição: 23/03/2015

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 96.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 96.2) – Pronto para uso.

O CO_2 atmosférico modifica de forma significativa a estabilidade do reagente NaOH (No. 1) e do Picrato Alcalino. A modificação da estabilidade é influenciada pelo tempo de exposição e condições ambientais. Sugerimos manter na bandeja do analisador somente o volume suficiente para um dia de trabalho ou usar as informações do controle da qualidade como indicador da necessidade de se realizar nova calibração.

Quando mantido dentro do compartimento de reagentes o Picrato Alcalino se mantem estável por no mínimo um dia. Manter sempre tampado o compartimento de reagentes.

A utilização do reagente mantido no instrumento obriga a realização de nova calibração a cada 24 horas. A calibração pode ser realizada com menor freqüência, semanalmente, quando se utiliza novo reagente a cada 24 horas sendo descartado o resíduo anterior.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de diluição: Até 12 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	CRE96
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Creatinina

Reagent Volume

R1	160
R2	40

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	10		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Fixed-time ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	505 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	660 ▼	Reac time	41	56	

Result Setup

Decimal	2 ▼	Slope	1
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0

Absorbance			Lin. Range	0.00	12
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários**.**

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

CREATININA K

Aplicação Monorreagente

Ref.	**Determinações**
96-300	1500

Revisão 10/12/2012

Atenção: Para minimizar a interferência produzida pela reação inespecífica com as proteínas séricas, subtrair 0,25 mg/dL dos resultados fornecidos pelo instrumento quando a Creatinina for medida em amostras de soro ou plasma.

Reagentes

Reagente de Trabalho – Ver modo de preparo nas Instruções de Uso do produto.

O CO_2 atmosférico modifica de forma significativa a estabilidade do reagente NaOH (No. 1) e do Picrato Alcalino. A modificação da estabilidade é influenciada pelo tempo de exposição e condições ambientais. Sugerimos manter na bandeja do analisador somente o volume suficiente para um dia de trabalho ou usar as informações do controle da qualidade como indicador da necessidade de se realizar nova calibração.
O reagente é extremamente sensível a contaminação de CO2. Portanto, manter sempre tampado o compartimento de reagentes.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas **Qualitrol 1H** e **Qualitrol 2H** - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 12 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	CRE96
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Creatinina K

Reagent Volume

R1	200
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	10		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	FixedTime ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	510 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	570 ▼	Reac time	14	31	

Result Setup

Decimal	0.01 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	-0.25

Absorbance	0.000	3.000	Lin. Range	0	12
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

CREATININA ENZIMÁTICA

Ref.	**Determinações**
127-1/216	830

Edição: 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 127.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 127.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1 e Qualitrol 2 da Labtest para controleinterno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Linear entre 0,0 mg/dL e 150 mg/dL.

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	**CRE S**
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Creatinina enzimática

Reagent Volume

R1	195
R2	65

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	5.5		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	546 ▼	Rgt. Blank	34	35	
Sec. Wave.	800 ▼	Reac time	59	60	

Result Setup

Decimal	0.01 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	0.000	3.000
Incre. Test		
Decre. Test		

Lin. Range	0	150
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

Fe Liquiform

Ref.	**Determinações**
91-2/50	400

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 91.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 91.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Usar o calibrador incluído no produto. Ver concentração na etiqueta do frasco.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas **Qualitrol 1H** e **Qualitrol 2H** - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 1000 µg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	Fe Liq
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Ferro Liq

Reagent Volume

R1	200
R2	50

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	25		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	578 ▼	Rgt. Blank	33	35	
Sec. Wave.	--- ▼	Reac time	56	58	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	
Unit	µg/dL ▼	Inter.	

Absorbance	-0.010	0.550	
Incre. Test			
Decre. Test			

Lin. Range	0	1000	
Lin. Limit			
Subs. Limit			

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

FOSFATASE ALCALINA Liquiform

Ref.	Determinações
79-4/30	600

Revisão: 06/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 79.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 79.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Este modelo substitui o fator teórico por uma calibração, com o objetivo de corrigir a resposta do instrumento. Para que a calibração seja adequada, é necessário utilizar o calibrador sugerido.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas **Qualitrol 1H** e **Qualitrol 2H** - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 1500 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	FAL
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Fosfatase Alc

Reagent Volume

R1	160
R2	40

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	4		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	412 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	43	48	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	U/L ▼	Inter.	0.0

Absorbance	-2.500	2.500	Lin. Range	0	1500
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

Fosfatase Alcalina Liquiform

Aplicação Morreagente

Ref.	**Determinações**
79-4/30	600

Edição: 06/08/2020

Reagentes

Reagente de Trabalho – Preparar conforme instrução de uso do produto.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H da Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de diluição: 1500 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	FAL
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Fosfatase Alcalina

Reagent Volume

R1	200
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	4		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	405 ▼	Rgt. Blank	---	---	
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	5	15	

Result Setup

Decimal	0.1 ▼	Slope	1.0
Unit	U/L ▼	Inter.	0.0

Absorbance		Lin. Range	0 – 1500
Incre. Test		Lin. Limit	
Decre. Test		Subs. Limit	

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

FÓSFORO UV Liquiform

Ref.	**Determinações**
12-200	666

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 12.1) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas **Qualitrol 1H** e **Qualitrol 2H** - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 20 mg/dL

Contaminação cruzada: Resultados falsamente aumentados são obtidos quando a medição é realizada após o Glicose PAP Liquiform.

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	FOSUV
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Fósforo UV

Reagent Volume

R1	300
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	3		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	670 ▼	Reac time	27	28	

Result Setup

Decimal	0.01 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	0.600	2.300	Lin. Range	0	20	□ Prozone	○ Rate
Incre. Test			Lin. Limit				
Decre. Test			Subs. Limit				

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

FRUTOSAMINA

Ref.	**Determinações**
97-6/15	360

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente de Trabalho - Ver modo de preparo nas Instruções de Uso do produto.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Usar o calibrador incluído no produto. Ver concentração na etiqueta do frasco.

Campos a serem definidos pelo operador.

Linearidade

Entre 20 e 800 µmol/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	FRUT
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Frutosamina

Reagent Volume

R1	250
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	13		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	FixedTime ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	546 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	35	60	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	
Unit	µmol/L ▼	Inter.	

Absorbance	-0.010	0.300	
Incre. Test			
Decre. Test			

Lin. Range	20	800	
Lin. Limit			
Subs. Limit			

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

GAMA GT Liquiform

Ref.	Determinações
105-2/30	300
105-2/50	500

Revisão 06/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 105.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 105.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Este modelo substitui o fator teórico por calibração, com o objetivo de corrigir a resposta do instrumento. Para que a calibração seja adequada, é necessário utilizar o calibrador sugerido.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas **Qualitrol 1H** e **Qualitrol 2H** - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 700 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	GGT105
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Gama GT

Reagent Volume

R1	160
R2	40

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	10		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	412 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	43	48	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	U/L ▼	Inter.	0.0

Absorbance	-0.010	0.800
Incre. Test		
Decre. Test		

Lin. Range	0	700
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

GLICOSE HK Liquiform

Ref.	**Determinações**
85-4/50	666

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 137.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 137.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 700 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	GHK85
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Glicose HK

Reagent Volume

R1	240
R2	60

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	3		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼	
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank	34	35
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	58	60

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	-0.010	2.500	
Incre. Test			
Decre. Test			

Lin. Range	0	700
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

HDL LE

Ref.	Determinações
98-1/80	307

Revisão 06/12/2012

Reagentes

Reagentes 1 (Ref. 98.1) – Pronto para uso.
Reagentes 2 (Ref. 98.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Usar o calibrador incluído no produto. Ver concentração na etiqueta do frasco.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 200 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	HDL LE
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	HDL LE

Reagent Volume

R1	195
R2	65

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	2.5		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	578 ▼	Rgt. Blank	34	35	
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	58	59	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	-0.010	0.500	Lin. Range	0	200
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários. **Protocolos em validação.**

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

HDL

Ref.	Determinações
145-1/80	333

Edição: 18/10/2016

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 145.1) - Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 145.2) - Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso.
Usar o **calibrador (Ref. 145.3)** incluído no produto. Ver concentração na etiqueta do frasco.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1 e Qualitrol 2 - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de diluição: 150 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	HDL
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	HDL

Reagent Volume

R1	180
R2	60

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	4		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	578 ▼	Rgt. Blank	34	35	
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	58	59	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance			Lin. Range	1	150
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

HOMOCISTEÍNA

Ref.	Determinações
130-1/24	100

Revisão: 23/03/2015

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 130.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 130.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Usar o **Calibra Homocisteína (Ref. 131).** Ver concentração na etiqueta do frasco.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar a preparação estabilizada **Qualitrol Homocisteína Ref. 132** da Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de diluição: 3 a 50 µmol/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	HC130
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Homocisteína

Reagent Volume

R1	185
R2	50

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	10		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	46	59	

Result Setup

Decimal	2 ▼	Slope	
Unit	µmol/L ▼	Inter.	

Absorbance		Lin. Range	3 50
Incre. Test		Lin. Limit	
Decre. Test		Subs. Limit	

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

IBC Liquiform

Ref.	Determinações
92-2/65	450

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 92.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 92.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Usar o calibrador incluído no produto. Ver concentração na etiqueta do frasco.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 500 µg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	IBC
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	IBC Liquiform

Reagent Volume

R1	220
R2	60

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	30		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	570 ▼	Rgt. Blank	34	35	
Sec. Wave.	▼	Reac time	58	60	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	µg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	0.350	0.750	
Incre. Test			
Decre. Test			

Lin. Range	0	500	
Lin. Limit			
Subs. Limit			

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

LACTATO Liquiform

Ref.	**Determinações**
138-1/50	200

Edição: 26/03/2013

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 138.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 138.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar o Padrão (Ref. 138.3) ou calibrador proteico da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H da Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 150 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	**LAC ENZ**
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Lactato Enzimatico

Reagent Volume

R1	200
R2	50

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	2.5		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	546 ▼	Rgt. Blank	14	15	
Sec. Wave.	▼	Reac time	53	54	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	
Unit	mg/dL ▼	Inter.	

Absorbance		Lin. Range	0 – 150
Incre. Test		Lin. Limit	
Decre. Test		Subs. Limit	

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

LDH Liquiform

Aplicação Birreagente

Ref.	**Determinações**
86-2/30	300

Edição: 18/03/2013

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 86.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 86.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 2000 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	LDH
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	LDH Liquiform

Reagent Volume

R1	160
R2	40

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	4		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Descend ▼	
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank		
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	4142	5147

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	
Unit	U/L ▼	Inter.	

Absorbance		Lin. Range	0 – 2000
Incre. Test		Lin. Limit	
Decre. Test		Subs. Limit	

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

LDH Liquiform

Aplicação Monorreagente

Ref.	**Determinações**
86-2/30	300

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente de Trabalho - Ver modo de preparo nas Instruções de Uso do produto.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 2000 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	LDH
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	LDH Liquiform

Reagent Volume

R1	200
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	4		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Descend ▼		
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	16	26	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	
Unit	U/L ▼	Inter.	

Absorbance	0.800	2.200	
Incre. Test			
Decre. Test			

Lin. Range	0	2000
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

LDL

Ref.	Determinações
146-1/40	142

Edição: 11/12/2017

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 146.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 146.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Usar o calibrador incluído no produto. Ver concentração na etiqueta do frasco.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 600 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	LDL
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	LDL

Reagent Volume

R1	210
R2	70

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	3.5		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	578 ▼	Rgt. Blank	34	35	
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	58	59	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	-0.010	1.500	
Incre. Test			
Decre. Test			

Lin. Range	1	600
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

Lipase Liquiform

Ref.	Determinações
107-3/16	189

Revisão	10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 107.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 107.2) – Pronto para uso.

A metodologia deve ser necessariamente realizada em formato birreagente. Não deve ser preparado reagente de trabalho.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

3,0 a 300 U/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	Lipase
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Lipase

Reagent Volume

R1	155
R2	95

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	2.5		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Increase ▼	
Pri. Wave.	570 ▼	Rgt. Blank	43	44
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	58	60

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	U/L ▼	Inter.	0.0

Absorbance	-0.010	2.500
Incre. Test		
Decre. Test		

Lin. Range	3	300
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários. **Protocolos em validação.**

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

MAGNÉSIO

Aplicação Birreagente

Ref.	Determinações
50-1/200	666

Revisão: 07/08/2020

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 50.1) **–** Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 502.) **–** Pronto para uso.

Os reagentes são extremamente sensíveis à contaminação com CO_2. Portanto, manter sempre tampados os frascos de reagentes.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H da Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Contaminação cruzada

Resultados falsamente elevados são obtidos quando a medição é realizada após os testes Colesterol Liquiform, Cloretos e Proteínas Totais.

Linearidade

Linear até: 4,5 mg/dL.

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	MAG
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Magnésio

Reagent Volume

R1	150
R2	150

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	3		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Ascend ▼	
Pri. Wave.	510 ▼	Rgt. Blank	34	35
Sec. Wave.	660 ▼	Reac time	58	59

Result Setup

Decimal	0.01 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance			Lin. Range	0	4.5
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

MAGNÉSIO

Aplicação Monorreagente

Ref.	**Determinações**
50-200	666

Revisão	10/12/2012

Reagentes

Reagente de Uso. Ver modo de preparo nas Instruções de Uso do produto.

Quando mantido dentro do compartimento de reagentes o Reagente de Uso se mantem estável por no mínimo 5 dias. O reagente é extremamente sensível a contaminação com CO_2. Portanto, manter sempre tampado o compartimento de reagentes.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 4.5 mg/dL

Contaminação cruzada: Resultados falsamente elevados são obtidos quando a medição: é realizada após os testes Colesterol Liquiform, Cloretos e Proteínas Totais.

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	MAG
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Magnésio

Reagent Volume

R1	300
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	3		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	510 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	--- ▼	Reac time	22	23	

Result Setup

Decimal	0.01 ▼	Slope	
Unit	mg/dL ▼	Inter.	

Absorbance	0.350	0.750	
Incre. Test			
Decre. Test			

Lin. Range	0	4.5
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

POTÁSSIO ENZIMÁTICO

Ref.	**Determinações**
152- 1/33	137

Edição: 30/10/2019

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 152.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 152.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Usar os calibradores (Ref. 152.3 e Ref.152.4) incluídos no produto. Ver concentração na etiqueta do frasco.

Definido pelo operador

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1 e Qualitrol 2 da Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de Diluição: 2 a 8 mmol/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	POT
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Potássio enzimático

Reagent Volume

R1	175
R2	45

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	4.5		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Fixed-Time ▼	Direction	Descend ▼		
Pri. Wave.	380 ▼	Rgt. Blank	33	35	
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	46	56	

Result Setup

Decimal	0.1 ▼	Slope	
Unit	mmol/L ▼	Inter.	

Absorbance		Lin. Range	2 / 8
Incre. Test		Lin. Limit	
Decre. Test		Subs. Limit	

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

PROTEÍNAS TOTAIS

Ref.	Determinações
99-1/100	500
99-1/250	1250

Revisão: 06/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 99.1) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest ou Padrão incluso no kit (99.2).

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Entre 1 e 14 g/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	PROT
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Prot. Totais

Reagent Volume

R1	200
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	4		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	546 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	58	59	

Result Setup

Decimal	0.01 ▼	Slope	1.0
Unit	g/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	0.000	3.000	Lin. Range	1	14	□ Prozone	○ Rate
Incre. Test			Lin. Limit				
Decre. Test			Subs. Limit				

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380

Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

SENSIPROT

Ref.	Determinações
36-50	250
36-200	1000

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 36.1) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Para a calibração usar o Padrão (nº. 2) de 50 mg/dL.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 100 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	Sen36
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Sensiprot

Reagent Volume

R1	200
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	10		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	605 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	670 ▼	Reac time	28	29	

Result Setup

Decimal	0.01 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	0.090	1.000	
Incre. Test			
Decre. Test			

Lin. Range	0	100
Lin. Limit		
Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

SÓDIO ENZIMÁTICO

Ref.	**Determinações**
151**-** 1/38	160
151- 1/56	246

Edição: 02/10/2020

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 151.1) – Pronto para uso.
Reagente 2 (Ref. 151.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Usar os calibradores (Ref. 151.3 e Ref.151.4) incluídos no produto. Ver concentração na etiqueta do frasco.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1 e Qualitrol 2 da Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Limite de Diluição: 100 a 180 mmol/L

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	SÓD
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Sódio enzimático

Reagent Volume

R1	150
R2	75

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	6.0		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Fixed-Time ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	412 ▼	Rgt. Blank	33	35	
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	41	56	

Result Setup

Decimal	0.1 ▼	Slope	
Unit	mmol/L ▼	Inter.	

Absorbance		Lin. Range	100 – 180
Incre. Test		Lin. Limit	
Decre. Test		Subs. Limit	

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários**.**

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

TRIGLICÉRIDES Liquiform

Ref.	**Determinações**
87-2/100	666

Revisão 10/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 87.1) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 1100 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	TRI
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Triglicérides

Reagent Volume

R1	300
R2	---

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	3		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Endpoint ▼	Direction	Ascend ▼		
Pri. Wave.	510 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	670 ▼	Reac time	59	60	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	
Unit	mg/dL ▼	Inter.	

Absorbance	-0.010	1.500	
Incre. Test			
Decre. Test			

Lin. Range	0	1100	
Lin. Limit			
Subs. Limit			

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			

BS 380 é marca de seus proprietários.

Protocolos em validação.

Aplicações dos Reagentes Labtest para o BS 380
Labtest - **Serviço de Apoio ao Cliente - DDG 0800 0313411**

URÉIA UV Liquiform

Ref.	Determinações
104-4/50	666
104-2/250	1666

Revisão: 06/12/2012

Reagentes

Reagente 1 (Ref. 104.1) – Pronto para uso.
Reagente 1 (Ref. 104.2) – Pronto para uso.

As informações a seguir devem ser aplicadas onde os respectivos sinais aparecem na aplicação

@ Inserir a concentração do analito para o material calibrador em uso. Usar calibrador da série Calibra H da Labtest.

Campos a serem definidos pelo operador.

Controle da Qualidade

Sugere-se utilizar as preparações estabilizadas Qualitrol 1H e Qualitrol 2H - Labtest para controle interno da qualidade em ensaios de química clínica.

Linearidade

Até 300 mg/dL

⊙ Basics ○ Reference ○ Calibration ○ QC

Test information

Test	URE
Nº	#
Std Nº	#
Full Name	Uréia UV

Reagent Volume

R1	240
R2	60

Sample Volume

	Disp.	Orig. Vol.	Ratio
Standard	3		
Increased			
Decreased			

Reaction Parameters

Reac. Type	Kinetic ▼	Direction	Increase ▼		
Pri. Wave.	340 ▼	Rgt. Blank			
Sec. Wave.	700 ▼	Reac time	39	44	

Result Setup

Decimal	0 ▼	Slope	1.0
Unit	mg/dL ▼	Inter.	0.0

Absorbance	0.600	2.500	Lin. Range	0	300
Incre. Test			Lin. Limit		
Decre. Test			Subs. Limit		

□ Prozone ○ Rate

Q1		Q2		Q3		Q4	
PC				ABS			