

LINHA DE REAGENTES



Labtest 

A vida merece o melhor diagnóstico.



Labtest



Labtest

Uma empresa moderna, certificada e reconhecida nacional e internacionalmente. **A Labtest Diagnóstica é referência no mercado de diagnósticos in vitro.**

Instalada em um parque industrial com mais de 12 mil m² em Lagoa Santa (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a empresa, fundada pelos médicos Geraldo Lustosa e José Carlos Basques em 1971 é a maior indústria brasileira no segmento. O Grupo Labtest mantém sua expansão pautada pelo contínuo investimento em inovação e tecnologia, com ações alinhadas à solidez e eficiência de sua governança corporativa, tendo o Executivo Alexandre Guimarães como Presidente/CEO e Eliane Lustosa Cabral como Presidente do Conselho Executivo de Administração. A Labtest conta com uma equipe de profissionais experientes e qualificados que não mede esforços na busca pelo desenvolvimento de **produtos e serviços competitivos e inovadores para os diferentes perfis de clientes.**

Reagentes Labtest

TRADIÇÃO, INOVAÇÃO
E EXCELÊNCIA EM
DIAGNÓSTICOS
LABORATORIAIS.

Há 50 anos no mercado, a Labtest é a maior indústria brasileira do segmento de diagnóstico in vitro. Anualmente produz e comercializa mais de dois milhões de kits de reagentes, e seu portfólio conta com linhas amplas e diversificadas de produtos. Todos os reagentes que carregam a marca Labtest são submetidos a rigoroso controle de qualidade interno e participam continuamente de programas de proficiência externo, garantindo rastreabilidade e confiabilidade dos laudos emitidos pelos laboratórios.

Inovação e pioneirismo

TRAJETÓRIA DE SUCESSO

1971

Desenvolvimento do primeiro reagente de Triglicérides produzido no Brasil, proporcionando acesso da metodologia a todos os laboratórios.

1982

Primeira empresa nacional a empregar enzimas como ferramentas de análises, o que abriu mercado para os sistemas de automação.

1999

Lançamento da linha de produtos Prontos para Uso, com tecnologia de conservação sob a forma de líquidos estáveis.

2002

Inauguração do núcleo de automação e lançamento dos primeiros equipamentos de análises clínicas.

2012

O P&D Labtest ganha autonomia e apresenta ao mercado as linhas de turbidimetria e quimioluminescência com reagentes de desenvolvimento próprio, além dos primeiros reagentes específicos para amostras veterinárias.

2020

A Labtest amplia o portfólio de Testes Rápidos e de Point of Care com soluções de ponta para o enfrentamento da pandemia de COVID-19

CDICT

EXPERTISE EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Em 2012 foi criado o **CDICT - Centro de Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia**. Formado por mestres e doutores farmacêuticos, biomédicos, biólogos, engenheiros químicos, médicos e veterinários, o CDICT é dedicado integralmente à pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, melhoria dos produtos já comercializados e ampliação do conhecimento científico.

Tudo isso para buscar soluções cada vez mais eficazes para os clientes Labtest.



Qualidade

A Política de Qualidade da Labtest obedece a rígidos requisitos técnicos nacionais e internacionais. A empresa possui as principais certificações do seu segmento.

RIGOR
METODOLÓGICO
E CIENTÍFICO PARA
A GARANTIA DE
RASTREABILIDADE
E CONFIABILIDADE
NOS RESULTADOS
DOS EXAMES

Além de ser submetido a rigoroso controle de qualidade interno, os reagentes Labtest participam continuamente de programas de proficiência externos.

BIOQUÍMICA

Ácido Úrico Liquiform* Ref. 140

Apresentação: 1 x 100 mL e 1 x 250 mL
Metodologia: Enzimático Trinder
Amostra: Soro, urina ou líquidos (amniótico e sinovial)
Linearidade: 20 mg/dL

Albumina* Ref. 19

Apresentação: 1 x 250 mL
Metodologia: Verde de Bromocresol
Amostra: Soro ou líquido ascítico
Linearidade: 6,0 g/dL

ALT/GPT Liquiform* Ref. 108

Apresentação: 4 x 30 mL e 2 x 100 mL
Metodologia: Cinética UV IFCC
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 400 U/L

Amilase Ref. 11

Apresentação: 1 x 55 mL
Metodologia: Caraway modificado
Amostra: Soro, plasma ou líquidos (ascítico, duodenal e pleural)
Linearidade: 400 U/dL

Amilase CNPG Liquiform* Ref. 142

Apresentação: 2 x 30 mL
Metodologia: Substrato Gal-G2- α -CNP
Amostra: Soro, plasma (heparina) ou líquidos (ascítico, duodenal e pleural)
Linearidade: 1.700 U/L

AST/GOT Liquiform* Ref. 109

Apresentação: 4 x 30 mL e 2 x 100 mL
Metodologia: Cinética UV IFCC
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 400 U/L

BILI-D Liquiform* Ref. 93

Apresentação: 1 x 104 mL
Metodologia: Labtest DCA
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 12 mg/dL

Bilirrubina Ref. 31

Apresentação: 1 x 375 mL
Metodologia: Sims-Horn
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 25 mg/dL

BILI-T Liquiform* Ref. 94

Apresentação: 1 x 104 mL
Metodologia: Labtest DCA
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 30 mg/dL

CA Arsenazo Liquiform* Ref. 95

Apresentação: 2 x 50 mL
Metodologia: Arsenazo III
Amostra: Soro, plasma ou urina
Linearidade: 17 mg/dL

Cálcio Liquiform* Ref. 90

Apresentação: 2 x 60 mL
Metodologia: CPC (Cresolftaleína)
Amostra: Soro, plasma (heparina) ou urina
Linearidade: 16 mg/dL

Capacidade Ligação Ferro Ref. 41

Apresentação: 40 determinações
Metodologia: Goodwin modificado
Amostra: Soro
Linearidade: 450 μ g/dL

CK MB Liquiform* Ref. 118

Apresentação: 2 x 30 mL
Metodologia: Imunoinibição IFCC
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 600 U/L

CK NAC Liquiform* Ref. 117

Apresentação: 2 x 30 mL
Metodologia: UV-IFCC
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 2.000 U/L

Cloretos Liquiform* Ref. 115

Apresentação: 1 x 50 mL
Metodologia: Tiocianato de Mercúrio
Amostra: Soro, plasma, urina ou liquor
Linearidade: 130 mEq/L

Colesterol HDL Ref. 13

Apresentação: 200 determinações
Metodologia: Precipitação
Amostra: Soro
Linearidade: 200 mg/dL



Colesterol Liquiform* Ref. 76

Apresentação: 2 x 100 mL e 2 x 250 mL
Metodologia: Enzimático Trinder
Amostra: Soro
Linearidade: 500 mg/dL

Colinesterase Liquiform* Ref. 139

Apresentação: 1 x 30 mL
Metodologia: Cinética DGKC
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 70 - 20.000 U/L

Creatinina Ref. 35

Apresentação: 100 determinações
Metodologia: Picrato Alcalino (Jaffé)
Amostra: Soro, plasma, urina ou líquido amniótico
Linearidade: 12 mg/dL

Creatinina Enzimática* Ref. 127

Apresentação: 2 x 72 mL
Metodologia: Enzimático Trinder
Amostra: Soro, plasma ou urina
Linearidade: até 150 mg/dL

Creatinina K* Ref. 96

Apresentação: 1 x 300 mL
Metodologia: Picrato Alcalino (Jaffé)
Amostra: Soro, plasma, urina ou líquido amniótico
Linearidade: 12 mg/dL

Fe Liquiform* Ref. 91

Apresentação: 2 x 50 mL
Metodologia: Labtest Ferrozine
Amostra: Soro
Linearidade: 1.000 µg/dL

Ferro Sérico Ref. 38

Apresentação: 80 determinações
Metodologia: Goodwin modificado
Amostra: Soro
Linearidade: 1.000 µg/dL

Fosfatase Ácida Ref. 39

Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Roy modificado
Amostra: Soro ou plasma (heparina)
Linearidade: 20 U/L

Fosfatase Alcalina Ref. 40

Apresentação: 100 determinações
Metodologia: Roy modificado
Amostra: Soro ou plasma (heparina)
Linearidade: 500 U/L

Fosfatase Alcalina Liquiform* Ref. 79

Apresentação: 4 x 30 mL
Metodologia: Bowers e Mc Comb modificado
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 1.500 U/L

Fósforo Ref. 42

Apresentação: 100 determinações
Metodologia: Labtest molibdato
Amostra: Soro, plasma (heparina), urina ou líquido amniótico
Linearidade: 14 mg/dL

Fósforo UV Liquiform* Ref. 12

Apresentação: 2 x 100 mL
Metodologia: Daly e Ertingshausen modificado
Amostra: Soro, plasma, urina ou líquido amniótico
Linearidade: 20 mg/dL

Frutosamina* Ref. 97

Apresentação: 6 x 15 mL
Metodologia: Redução do NBT (azul de nitrotetrazólio)
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 20 - 800 µmol/L

Gama GT Liquiform* Ref. 105

Apresentação: 2 x 30 mL e 2 x 50 mL
Metodologia: Szasz modificado
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 700 U/L

Glicose GOD* Ref. 134

Apresentação: 4 x 70 mL
Metodologia: GOD Trinder
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 600 mg/dL

Glicose HK Liquiform* Ref. 137

Apresentação: 2 x 100 mL
Metodologia: Bondar e Mead modificado
Amostra: Soro, plasma ou urina
Linearidade: 700 mg/dL

Glicose Liquiform Ref. 133

Apresentação: 1 x 500 mL e 2 x 500 mL
Metodologia: GOD Trinder
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 500 mg/dL

HDL* Ref. 145

Apresentação: 1 x 80 mL
Metodologia: Surfactante Seletivo
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: entre 1 a 150 mg/dL

HDL LE* Ref. 98

Apresentação: 1 x 80 mL
Metodologia: Acelerador - Detergente seletivo
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 200 mg/dL

Hemoglobina Ref. 43

Apresentação: 400 determinações
Metodologia: Cianeto de Hemoglobina
Amostra: Sangue total (EDTA, citrato ou oxalato)
Linearidade: 25 g/dL

Homocisteína Ref. 130

Apresentação: 1 x 24 mL
Metodologia: Enzimática cíclica
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 50 µmol/L

IBC Liquiform* Ref. 92

Apresentação: 2 x 65 mL
Metodologia: Labtest Ferrozine
Amostra: Soro
Linearidade: 500 µg/dL

Lactato Enzimático* Ref. 138

Apresentação: 1 x 50 mL
Metodologia: Enzimático Trinder
Amostra: Plasma ou líquido cefalorraquidiano
Linearidade: 150 mg/dL

LDH Liquiform* Ref. 86

Apresentação: 2 x 30 mL e 1 x 100 mL
Metodologia: Piruvato Lactato
Amostra: Soro, líquido pleural ou liquor
Linearidade: 2.000 U/L



LDL* Ref. 146

Apresentação: 1 x 80 mL
 Metodologia: Surfactante Seletivo
 Amostra: Soro ou plasma
 Linearidade: entre 250 mg/dL

Lipase Liquiform* Ref. 107

Apresentação: 3 x 16 mL
 Metodologia: Enzimática colorimétrica
 Amostra: Soro ou plasma
 Linearidade: 3,0 - 300 U/L

Magnésio* Ref. 50

Apresentação: 1 x 200 mL
 Metodologia: Labtest Magon Sulfonado
 Amostra: Soro, plasma, urina ou liquor
 Linearidade: 4,5 mg/dL

Mucoproteínas Ref. 20

Apresentação: 25 determinações
 Metodologia: Winzler modificado
 Amostra: Soro
 Linearidade: 15 mg/dL

Potássio Enzimático Ref. 152

Apresentação: 1 x 33 mL
 Metodologia: Enzimática
 Amostra: Soro
 Linearidade: 2,0 a 8,0 mmol/L

Proteínas Totais* Ref. 99

Apresentação: 1 x 250 mL
 Metodologia: Biureto
 Amostra: Soro ou líquidos (ascítico, pleural e sinovial)
 Linearidade: 14 g/dL

Sensiprot* Ref. 36

Apresentação: 1 x 50 mL e 2 x 100 mL
 Metodologia: Vermelho de pirogalol
 Amostra: Urina ou liquor
 Linearidade: 100 mg/dL

Sódio Enzimático Ref. 151

Apresentação: 1 x 38 mL e 1 x 56 mL
 Metodologia: Enzimática
 Amostra: Soro
 Linearidade: 100 a 180 mmol/L

Transaminase Oxalacética Ref. 52

Apresentação: 200 determinações
 Metodologia: Reitman e Frankel
 Amostra: Soro ou plasma
 Linearidade: 90 U/mL

Transaminase Pirúvica Ref. 53

Apresentação: 200 determinações
 Metodologia: Reitman e Frankel
 Amostra: Soro ou plasma
 Linearidade: 150 U/mL

Triglicérides Liquiform* Ref. 87

Apresentação: 2 x 100 mL e 2 x 250 mL
 Metodologia: Enzimático Trinder
 Amostra: Soro ou plasma
 Linearidade: 1.100 mg/dL

Ureia CE Ref. 27

Apresentação: 500 determinações
 Metodologia: Urease Labtest
 Amostra: Soro, plasma ou urina
 Linearidade: 300 mg/dL

Ureia UV Liquiform* Ref. 104

Apresentação: 4 x 50 mL e 2 x 250 mL
 Metodologia: Enzimático UV
 Amostra: Soro, plasma ou urina
 Linearidade: 300 mg/dL



CONTROLES E CALIBRADORES

Calibra H Ref. 80

Apresentação: 1 x 3 mL e 6 x 3 mL

Calibra Homocisteína Ref. 131

Apresentação: 5 x 0,5 mL

Padrão de Bilirrubina Ref. 32

Apresentação: 1 x 3 mL

Padrão de Hemoglobina Ref. 47

Apresentação: 1 x 1 mL

Qualitrol 1 H Ref. 71

Apresentação: 1 x 5 mL e 6 x 5 mL

Qualitrol 2 H Ref. 72


Apresentação: 1 x 5 mL e 6 x 5 mL

Qualitrol CK Ref. 106

Apresentação: 2 x 3 mL

Qualitrol Homocisteína Ref. 132

Apresentação: 2 x 3 mL



TURBIDIMETRIA

AEO Turbiquest Plus* Ref. 333

Apresentação: 1 x 50 mL Calibrador incluído
Amostra: Soro
Intervalo Operacional: até 800 UI/mL

AGP Turbiquest* Ref. 356

Apresentação: 1 x 38 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 0 - 250 mg/dL

C3 Turbiquest* Ref. 354

Apresentação: 1 x 20 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 25 - 490 mg/dL

C4 Turbiquest* Ref. 355

Apresentação: 1 x 24 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 5 - 95 mg/dL

Cistatina C Turbiquest Plus* Ref. 350

Apresentação: 1 x 30 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 0,2 - 8,0 mg/dL

Ferritina Turbiquest Plus* Ref. 334

Apresentação: 1 x 50 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 3 - 500 mg/dL

FR Turbiquest Plus* Ref. 332

Apresentação: 1 x 50 mL
Amostra: Soro
Intervalo Operacional: 6 - 160 UI/mL

HbA1c Turbiquest Ref. 385

Apresentação: 1 x 20 mL e 1 x 40 mL
Amostra: Sangue total
Intervalo Operacional: 2-16%

IgA Turbiquest* Ref. 358

Apresentação: 1 x 20 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 40 - 900 mg/dL

IgE Turbiquest* Ref. 363

Apresentação: 1 x 30 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 25 - 500 UI/mL

IgG Turbiquest* Ref. 359

Apresentação: 1 x 20 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 350 - 4.100 mg/dL

*Disponível em frasco dedicado sob demanda.

IgM Turbiquest* Ref. 360

Apresentação: 1 x 20 mL
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 30 - 400 mg/dL

Microalbuminúria Turbiquest Plus* Ref. 348

Apresentação: 1 x 30 mL Calibrador incluído
Amostra: Soro
Intervalo Operacional: 5 - 600 ng/mL

NGAL Turbiquest* Ref. 365

Apresentação: 1 x 28 mL
Amostra: Plasma ou urina
Intervalo Operacional: 25 - 5.000 ng/mL

PCR Turbiquest Ref. 307

Apresentação: 1 x 56 mL
Amostra: Soro
Intervalo operacional: 5 a 100 mg/L

PCR Turbiquest Max Ref. 3002

Apresentação: 1 x 50 mL
Amostra: Soro
Intervalo Operacional: 2 - 200mg/L

PCR Turbiquest Plus Ref. 331

Apresentação: 1 x 50 mL
Amostra: Soro
Intervalo operacional: 2 a 100 mg/L

PCR Ultra Turbiquest Plus* Ref. 335

Apresentação: 1 x 50 mL
Calibrador incluído
Amostra: Soro
Intervalo Operacional: 0,05 a 10 mg/L

Transferrina Turbiquest* Ref. 357

Apresentação: 1 x 50 mL
Amostra: Soro
Intervalo Operacional: 30 - 700 mg/dL



CONTROLES E CALIBRADORES

Calibra HbA1c Turbiquest Ref. 386

Apresentação: 4 x 0,5 mL

Calibra IgE Ref. 364

Apresentação: 1 x 1 mL

Calibra NGAL Ref. 367

Apresentação: 5 x 1 mL

Calibra PCR Ref. 369

Apresentação: 1 x 0,5 mL

Calibra PCR Max Ref. 3003

Apresentação: 1 x 1 mL

Calibra Plus Cistatina C Ref. 351

Apresentação: 5 x 1 mL

Calibra Proteínas Ref. 361

Apresentação: 5 x 0,5 mL

Glicotrol Ref. 303

Apresentação: 2 x 0,5 mL

Qualitrol AEO FR PCR Ref. 374

Apresentação: 2 x 1 mL

Qualitrol Ferritina IgE Ref. 377

Apresentação: 2 x 2 mL

Qualitrol NGAL Ref. 366

Apresentação: 2 x 1 mL

Qualitrol PCR Ultra Ref. 380

Apresentação: 1 x 0,5 mL

Qualitrol Plus AEO-FR-PCR Ref. 343

Apresentação: 1 x 1 mL

Qualitrol Plus Cistatina C Ref. 352

Apresentação: 2 x 2 mL

Qualitrol Plus Microalbuminúria Ref. 349

Apresentação: 1 x 3 mL

Qualitrol Proteínas Ref. 362

Apresentação: 2 x 1 mL



HEMATOLOGIA

SDH-20

SDH Diluente Ref. 206
Apresentação: 1 x 20 L

SDH Lisante Ref. 205
Apresentação: 1 x 5 L

SDH Cleaner Ref. 209
Apresentação: 3 x 150 mL

SDH-3

SDH 3-5 Diluente Ref. 214
Apresentação: 1 x 20 L

SDH-3 Lisante Ref. 212
Apresentação: 1 x 1 L

SDH-3 Cleaner Ref. 213
Apresentação: 1 x 1 L

CONTROLE

SDH Controle
(SDH-3 / SDH-20) Ref. 207
Apresentação: 3 x 4,5 mL

SDH-5 Controle Ref. 218
Apresentação: 3 x 3 mL

ACESSÓRIO

Micropipetas SDH-20 Ref. 210
Apresentação: 1 x 100 unid.

SDH-5

SDH 3-5 Diluente Ref. 214
Apresentação: 1 x 20 L

SDH-5 Lisante Ref. 217
Apresentação: 1 x 5 L

SDH-5 DIFF Ref. 216
Apresentação: 1 x 1 L

SDH-5 Hypoclean Ref. 215
Apresentação: 1 x 100 mL

TESTES RÁPIDOS

Anti COVID-19 IgG/IgM Rapid Test Ref. 732

Apresentação: 01, 05, 10, 20, 40 e 100 determinações

Metodologia: Imunocromatografia

Amostra: Soro, plasma e sangue total

Sensibilidade: 85,0% para IgM e 100% para IgG

Especificidade: 96,0% para IgM e 98,0% para IgG

Anti SARS-CoV-2 & M. pneumoniae IgG/IgM Rapid Teste Combo Ref. 742

Apresentação: 10 e 20 determinações,

Metodologia: Imunocromatografia

Amostra: Soro, plasma e sangue total

Sensibilidade Anti SARS-CoV-2: 90,0% para IgM e 95,7% para IgG

Especificidade Anti SARS-CoV-2: 98,0% para IgM e 99,0% para IgG

Sensibilidade Anti M. pneumoniae: 90,0% para IgM e 95,7% para IgG

Especificidade Anti M. pneumoniae: 98,0% para IgM e 99,0% para IgG

Betatest Ref. 712T / 712K7

Apresentação: 25 determinações

Metodologia: Imunocromatografia

Amostra: Soro ou urina

Sensibilidade: 25 mUI/mL

COVID-19 & FLU A/B Ag Rapid Teste Combo Ref. 741

Apresentação: 10 e 20 determinações,

Metodologia: Imunocromatografia

Amostra: Swab nasofaríngeo

Sensibilidade: COVID-19 90,4% / Influenza A 94,1% / Influenza B 91,7%

Especificidade: COVID-19 99,5% / Influenza A 98,4% / Influenza B 100%

COVID-19 Ag II Assure Test Ref. PEN

Apresentação: 20 determinações

Metodologia: Imunocromatografia

Amostra: Swab nasal (secreção nasal)

Sensibilidade: 94,5%

Especificidade: 100%

COVID-19 Ag Rapid Test Ref. 740

Apresentação: 01, 05, 10, 20, 40 e 100 determinações

Metodologia: Imunocromatografia

Amostra: Swab nasofaríngeo

Sensibilidade: 85,0%

Especificidade: 98,3%

COVID-19 Ag Rapid Test (Swab Naso/Oro) Ref. 743


Apresentação: 01, 05, 10, 20, 40 e 100 determinações

Metodologia: Imunocromatografia

Amostra: Swab de nasofaringe ou de orofaringe.

Sensibilidade: 91,6%

Especificidade: 98,1%



HIV Tri Line 1/2 Rapid Test Ref. 738

Apresentação: 10 e 20 determinações,
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro, plasma e sangue total
Sensibilidade: 100%
Especificidade: 100%

Lab Rapid HIV Tri Line 1/2 Ref. 721

Apresentação: 20 determinações,
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro, plasma e sangue total
Sensibilidade: >99,5%
Especificidade: >99,0%
Eficiência: 100%

Lab Rapid Dengue IgG/IgM Ref. 727

Apresentação: 25 e 50 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro, plasma e sangue total
Sensibilidade:
Especificidade: 100% para IgM e 97,76% para IgG

Lab Rapid HBsAg Ref. 716

Apresentação: 20 determinações,
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro, plasma e sangue total humano
Sensibilidade: 99,3 %
Especificidade: 99,8%
Eficiência: 99,6%

Lab Rapid HCV Ref. 717

Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro, plasma e sangue total
Sensibilidade: >99,9%
Especificidade: 99,5%
Eficiência: 99,6%

Lab Rapid Syphilis Ref. 720

Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Soro, plasma e sangue total
Sensibilidade: >99,9%
Especificidade: 99,7%
Eficiência: 99,8%

Sangue Oculto (iFOBT) Ref. 112

Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Fezes
Sensibilidade: 0,04 µg/mL



BIOLOGIA MOLECULAR

Detect SARS CoV-2 (RT-PCR) Ref. 804

Apresentação: 100 determinações

Metodologia: PCR em tempo real

Detect SARS CoV-2 (RT-PCR) FAST Ref. 806

Apresentação: 100 determinações

Metodologia: PCR em tempo real

19

HEMOSTASIA

Fibrinogênio Ref. 506

Apresentação: 4 x 2 mL

Metodologia: Coagulometria

Tempo de Trombina Clauss

PT Ref. 504

Apresentação: 5 x 2 mL e 5 x 4 mL

Metodologia: Coagulometria

TTPA Líquida Ref. 556 PL

Apresentação: 80 determinações,

Metodologia: Coagulometria

CONTROLES

Qualitrol Hemostasis 1 Ref. 507

Apresentação: 6 x 0,5 mL

Qualitrol Hemostasis 2 Ref. 508

Apresentação: 6 x 0,5 mL

AGLUTINAÇÃO

Látex PCR SD Ref. 144K

Apresentação:
120 determinações (látex)
Metodologia: Aglutinação de látex
Amostra: Soro
Sensibilidade: 6,0 mg/L

Serolátex PCR SD Ref. 144

Apresentação:
120 determinações (látex + controles)
Metodologia: Aglutinação de látex
Amostra: Soro
Sensibilidade: 6,0 mg/L

Látex FR-C Ref. 158

Apresentação:
50 determinações (látex + controles)
Metodologia: Aglutinação de látex
Amostra: Soro
Sensibilidade: 8 UI/mL

Látex FR Ref. 159


Apresentação:
50 determinações (látex)
Metodologia: Aglutinação de látex
Amostra: Soro
Sensibilidade: 8 UI/mL

Látex AEO Ref. 157/157K

Apresentação:
60 determinações (látex + controles)
e 60 determinações (látex)
Metodologia: Aglutinação de látex
Amostra: Soro
Sensibilidade: 200 UI/mL

VDRL Ref. 119

Apresentação:
250 determinações
Metodologia: Teste não
treponêmico Aglutinação
Amostra: Soro ou plasma



UROANÁLISE

Uriaction 10 Ref. 122

Apresentação: 100 determinações

Metodologia: Tira reativa

Amostra: Urina

Parâmetros: Glicose, Bilirrubina, Corpos Cetônicos (Ácido Acetoacético), Densidade, Sangue, pH, Proteína, Urobilinogênio, Nitrito e Leucócitos

Uriquest Plus I Ref. 150

Apresentação: 100 determinações e 150 determinações

Metodologia: Tira reativa

Amostra: Urina

Parâmetros: Bilirrubina, Urobilinogênio, Cetonas, Ácido Ascórbico, Glicose, Proteínas, Sangue, pH, Nitrito, Leucócitos e Densidade



ANTICOAGULANTE

Glistab Ref. 29 / 29E

Apresentação: 1 x 20 mL e 1 x 200 mL
Composição: EDTA 6 g/dL e KF 12 g/dL

Hemstab Ref. 30 / 30E

Apresentação: 1 x 20 mL e 1 x 200 mL
Composição: EDTA K2 15 g/dL

Trombstab Ref. 45

Apresentação: 1 x 20 mL
Composição: Citrato de Sódio 18,8 g/dL

CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA

Silicato MA Ref. 603

Apresentação: 100 determinações
Finalidade: Controle de qualidade da água

POINT OF CARE

SOLUÇÃO APOTI

Cassete de teste de HbA1c Ref. ACO-HBA-402

Apresentação: 25 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Sangue Total
Intervalo Operacional: 1 a 14,5%

Cassete de teste de Troponina I Cardíaca Ref. ACO-CTI-402

Apresentação: 25 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Intervalo Operacional: 0,1 a 40 ng/mL

Cassete de teste para AFP Ref. ACO-AFP-302

Apresentação: 10 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 5 a 400 ng/mL

Cassete de teste para CEA Ref. ACO-CEA-302

Apresentação: 10 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 1 a 50 ng/mL

Cassete de teste para CK-MB Ref. ACO-CKMB-402

Apresentação: 10 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Intervalo Operacional: 0,2 a 75 ng/mL

Cassete de teste para CRP Ref. ACO-CRP-402

Apresentação: 10 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Intervalo Operacional: 0,5 a 200 mg/L

Cassete de teste para Dímero D Ref. ACO-DDM-402

Apresentação: 25 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Sangue total ou plasma
Intervalo Operacional: 0,1 a 10 mg/L

Cassete de teste para H-FABP Ref. ACO-CRP-402

Apresentação: 10 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Intervalo Operacional: 1 a 120 ng/mL



Cassete de teste de Mioglobina Ref. ACO-MYO-402

Apresentação: 10 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Intervalo Operacional: 5 a 200 ng/mL

Cassete de teste para NT-proBNP Ref. ACO-NBNP-402

Apresentação: 25 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Intervalo Operacional: 0,3 a 22 ng/mL

Cassete de teste para PCT Ref. ACO-PCT-402

Apresentação: 25 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Sangue total, soro ou plasma
Intervalo Operacional: 0,1 a 50 ng/mL

Cassete de teste para PSA Ref. ACO-PSA-302

Apresentação: 10 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 2 a 100 ng/mL

Cassete de teste para Strep A Ref. ACO-STA-502

Apresentação: 10 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Swab de garganta

Cassete de teste para TSH Ref. ACO-TSH-302

Apresentação: 10 determinações
Metodologia: Imunofluorescência
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 0,1 a 100 µUI/mL

SOLUÇÃO SELEX ON

SelexOn™ BNP Ref. INFIQ01A

Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Sangue Total
Intervalo Operacional: 0,05 - 2,00 ng/mL

SelexOn™ CK-MB Ref. INFIC01A

Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Sangue Total
Intervalo Operacional: 3,0 - 40,0 ng/mL

SelexOn™ D-Dimer Ref. INFID01A

Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Sangue Total
Intervalo Operacional: 100,0 - 3000,0 ng/mL

SelexOn™ hs-CRP Ref. INFIH01A

Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Sangue Total
Intervalo Operacional: 0,5 - 10,0 mg/mL

SelexOn™ Triple Ref. INFIR01A

Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Sangue Total
Intervalo Operacional:
Mioglobina: 50,0 - 600,0 ng/mL
CK-MB: 3,0 - 40,0 ng/mL
Troponina I: 0,05 - 10,0 ng/mL

SelexOn™ Troponina Ref. INFIO01A

Apresentação: 20 determinações
Metodologia: Imunocromatografia
Amostra: Sangue Total
Intervalo Operacional: 0,05 - 10,0 ng/mL



GASOMETRIA

Blood Gas and Electrolyte Control Level 1

Ref. 6944413801981

Apresentação: 5 x 2,5 mL

Blood Gas and Electrolyte Control Level 2

Ref. 6944413801998

Apresentação: 5 x 2,5 mL

Blood Gas and Electrolyte Control Level 3

Ref. 6944413802001

Apresentação: 5 x 2,5 mL

Calibrant Fluid Pack CP100

Ref. 6944413801882

Apresentação: 100 testes

Calibrant Fluid Pack CP50

Ref. 6944413802599

Apresentação: 50 testes

Test Cartridge BG10

Ref. 6944413802209

Apresentação: 25 testes

Metodologia: Potenciometria, amperometria e condutimetria

Intervalo operacional:

pH: 6,5 – 7,8

pO₂: 10 – 700 mmHg

pCO₂: 10 – 150 mmHg

Na⁺: 100 – 180 mmol/L

K⁺: 2,0 – 9,0 mmol/L

Cl⁻: 65 – 140 mmol/L

Ca⁺⁺: 0,25 – 2,50 mmol/L

Glu: 1,1 – 38,9 mmol/L

Lac: 0,3 – 20,0 mmol/L

Hct: 10 – 75 % PCV



VETERINÁRIA

BIOQUÍMICA VET

Albumina VET Ref. 1.007

Apresentação: 1 x 250 mL
Metodologia: Verde de Bromocresol
Amostra: Soro ou líquido ascítico
Linearidade: 6 g/dL

ALT/GPT Liquiform VET Ref. 1.008

Apresentação: 4 x 30 mL e 2 x 100 mL
Metodologia: Cinética UV-IFCC
Amostra: Soro ou plasma
Intervalo Operacional: 3,5 a 400 U/L

AST/GOT Liquiform VET Ref. 1.009

Apresentação: 4 x 30 mL
Metodologia: Cinética UV-IFCC
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 1000 U/L

Creatinina K VET Ref. 1.010

Apresentação: 1 x 300 mL
Metodologia: Picrato Alcalino (Jaffé)
Amostra: Soro, plasma, urina ou líquido amniótico
Intervalo Operacional: 0,2 a 12 mg/dL

Gama GT Liquiform VET Ref. 1.058

Apresentação: 2 x 24 mL e 2 x 6 mL
Metodologia: Szasz modificado
Amostra: Soro, plasma, urina
Linearidade: 700 U/L

Frutosamina VET Ref. 1.019

Apresentação: 3 x 15 mL
Metodologia: Redução do NBT (azul de Nitrotetrazólio)
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 800 µmol/L

Fosfatase

Alcalina Liquiform VET Ref. 1.011

Apresentação: 4 x 30 mL
Metodologia: Bowers e Mc Comb modificado
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 1500 U/L

Glicose Liquiform VET Ref. 1.012

Apresentação: 1 x 100 mL
Metodologia: GOD-Trinder
Amostra: Soro ou plasma
Linearidade: 500 mg/dL

Ureia UV Liquiform VET Ref. 1.013

Apresentação: 4 x 50 mL e 2 x 250 mL
Metodologia: Enzimático UV
Amostra: Soro, plasma ou urina
Linearidade: 300 mg/dL

CONTROLES E CALIBRADORES

Calibra VET Ref. 1.015

Apresentação: 1 x 3 mL

Qualitrol 1 VET Ref. 1.014

Apresentação: 1 x 5 mL

PRÉ-TRATAMENTO DE AMOSTRAS

DelipVET Ref. 1.020

Apresentação: 1 x 1 mL
Metodologia: Aglutinação de Lipoproteínas
Amostra: Soro

HEMATOLOGIA VET

AUD-H VET Diluente Ref. 1.075

Apresentação: 1 x 10 L

AUD-H VET System Cleaner Ref. 1.077

Apresentação: 1 x 1,9 L

AUD-H VET Lyse Ref. 1.076

Apresentação: 1 x 1,9 L

AUD-H VET EOS Reagent Ref. 1.078

Apresentação: 1 x 1,9 L

ANTICOAGULANTE VET

Glistab VET Ref. 1.016

Apresentação: 1 x 20 L

Composição: EDTA 6 g/dL e KF 12 g/dL

UROANÁLISE VET

Uriquest Plus VET Ref. 1.005

Apresentação: 100 determinações

Metodologia: Tira reativa

Amostra: Urina

Parâmetros: Cetonas, Glicose, Leucócitos,

Nitrito, pH, Proteína e Sangue





Mais de 27
distribuidores
nacionais.

Pós-venda em
todo o Brasil.

ESTRUTURA COMERCIAL

Venda e Pós-venda em todo o Brasil.

A Labtest oferece soluções customizadas que valorizam os serviços e laudos emitidos pelos laboratórios clínicos.

Diferenciais

- **Tradição e pioneirismo**
- **A maior empresa brasileira no segmento;**
- **Excelência em Pesquisa e Desenvolvimento;**
- **4% da Receita Bruta da Labtest é investida em P&D;**
- **8% dos empregados estão alocados em P&D;**
- **13 linhas de produtos;**
- **Pós-venda qualificada;**
- **Rede de distribuição consolidada;**
- **Expertise em assuntos regulatórios (ANVISA).**

PÓS-VENDA

O pós-venda atende às demandas de média e alta complexidade, permitindo a melhoria dos processos técnicos a garantia de assertividade e qualidade no laudo emitido.

Possui estrutura robusta de atendimento técnico/científico, com cobertura nacional (presencial e remota), e prazo de atendimento reduzido e adequado às necessidades do laboratório.

Diferenciais

- **Treinamento e suporte Técnico/Científico para a Rede Credenciada Labtest e Clientes Finais;**
- **Suporte Técnico de Urgência;**
- **Gestão de manutenções corretivas e preventivas de todo o parque comercializado pela Labtest;**
- **Equipe altamente qualificada e dedicada ao atendimento científico presencial e pelo 0800.**







Av. Paulo Ferreira da Costa, 600,
Lagoa Santa | MG | CEP 33400-000

SAC - 0800 031 3411
sac@labtest.com.br

labtest.com.br

