

CERTIFICADO DE ANÁLISE

CERTIFICADO DE ANÁLISIS / CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUTO

PRODUCTO
PRODUCT

BLOOD GAS AND ELECTROLYTE CONTROL LEVEL 3

REFERÊNCIA

REFERENCIA
REFERENCE

6944413802001

LOTE

LOT

220304F

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO / STORAGE TEMPERATURE

2 - 8 °C

DATA DE EXPIRAÇÃO

FECHA DE EXPIRACIÓN (Dia/Mes/Año)
EXPIRATION DATE (Day/Month/Year)

03/03/2024

REGISTRO ANVISA

ANVISA BRAZIL

10009010353

CONTROLES ANALÍTICOS

ANALYTICAL CONTROLS

Nível 3

Level 3

PARÂMETROS PARÁMETROS / PARAMETER	ESPECIFICAÇÕES ESPECIFICACIONES / SPECIFICATION	RESULTADOS RESULTS
pH	7,553 - 7,673	7,612
pO ₂	125 - 167	149
pCO ₂	14,1 - 29,1	21,4
Na ⁺	151 - 165	156
K ⁺	6,0 - 6,6	6,30
Ca ⁺⁺	0,38 - 0,74	0,52
Cl ⁻	115 - 126	118
Glu	13,3 - 17,9	15,3
Lac	5,9 - 8,3	7,07

NOTE TO ENGLISH READERS: Consider dot (.) as a decimal separator in place of comma (,) on the numbers above.



DATA DE EMISSÃO

FECHA DE EMISIÓN (Día/Mes/Año)
DATE OF ISSUE (Day/Month/Year)

29/08/2023

R Thiarlles

Rosiele Thiarlles dos Reis
Controle da Qualidade Labtest
Control de la Calidad Labtest
Labtest Quality Control